



ТОВ «Терра – Мед»

м. Київ 03067 Україна, пр. Західний. 3-Ц
тел. (044) 496-19-27, 496-19-28, 247-72-52
факс. (044) 247-72-53
e-mail: office@terra-med.com.ua

Стандарти

Продукти	Термін придатності (міс)	Температура зберігання	Маркування CE
Альбумін Стандарт	36	2 - 25 °C	+
Аміак Стандарт	18	2 - 8 °C	+
Стандарт Бета-Гідроксибутират	24	2 - 8 °C	+
Стандарт Жовчної Кислоти	24	2 - 8 °C	+
Стандарт Кальцію	36	2 - 8 °C	+
Хлористий Стандарт	36	2 - 25 °C	+
Стандарт Холестерину	24	2 - 8 °C	+
CO2 Стандарт	15	2 - 8 °C	+
Мідний Стандарт	48	2 - 22 °C	+
Креатинін Стандарт	36	2 - 25 °C	+
Стандарт Глюкози	36	2 - 8 °C	+
Стандарт Заліза	24	2 - 8 °C	+
Літєвий Стандартний Набір, 3 рівні	15	2 - 8 °C	+
Літєвий Стандартний Набір, 5 рівнів	15	2 - 8 °C	+

Стандарт Магнію	36	2 - 8 °C	+
NEFA Стандарт	12	2 - 8 °C	+
Фосфорний Стандарт	36	2 - 8 °C	+
Стандартний Набір Калію, 2 <i>рівні</i>	18	2 - 8 °C	+
Загальний Вміст Білка в Сечі / СМЖ	24	2 - 8 °C	+
Білок Загальний Стандарт	36	2 - 25 °C	+
Стандартний Набір Натрію, 2 <i>рівні</i>	24	2 - 8 °C	+
Стандарт Тригліцеридів	36	2 - 8 °C	+
Стандарт Сечовини	36	2 - 8 °C	+
Стандарт Сечової Кислоти	18	2 - 8 °C	+
Цинк Стандарт	48	18 - 22 °C	+
Альбумін Стандарт	36	2 - 25 °C	+
Аміак Стандарт	18	2 - 8 °C	+

Калібратори

Продукты	Термін придатності (міс)	Температура зберігання	Маркування СЕ
ADA Калібратор	24	-20 °C	+
Diacal Авто, мультикалібраторна сироватка	24	2 - 8 °C	+
Diacal СК-МВ	24	2 - 8 °C	+
Diacal Ліпиди, калібрувальна ліпідна плазма	36	2 - 8 °C	+
Етанольний Калібратор / Контрольний Набір, 4 рівні	12	2 - 8 °C	+
G6PDH Калібратор	60	2 - 6 °C	+
Калібратор Холестерину HDL-	36	2 - 8 °C	+
Загальний Гемоглобіну Калібратор	30	2 - 8 °C	+
Калібратор Гомоцистеїну, Набір, 5 рівнів	15	2 - 8 °C	+
Калібратор LDL-Холестерину	36	2 - 8 °C	+

Контролі

Продукти	Термін придатності (міс)	Температура зберігання	Маркування СЕ
ADA Набір Контролів, 2 рівні	24	-20 °C	+
Набір Для Контролю Аміаку, 2 рівні	12	2 - 8 °C	+
CO2 Контроль	15	2 - 25 °C	+
Diacon Ліпиди, сироватка для контролю ліпідів, нормальна	36	2 - 8 °C	+
Diacon Ліпиди Високі, сироватка для контролю ліпідів, аномальна	36	2 - 8 °C	+
Diacon N, багатоконтрольна сироватка, нормальна	36	2 - 8 °C	+
Diacon P, багатоконтрольна сироватка, аномальна	36	2 - 8 °C	+
Diacon Сеча 1 Рівень, багатоконтрольна сеча	24	2 - 8 °C	+
Diacon Сеча 2 Рівень, багатоконтрольна сеча	24	2 - 8 °C	+
G6PDH Контрольний набір, 3 рівні	60	2 - 8 °C	+
Гемоглобін Загальний Контрольний Набір, 3 рівні	30	2 - 8 °C	+
Гомоцистеїн контрольний Набір, 4 рівні	15	2 - 8 °C	+
літєвий Контрольний Набір, 2 рівні	15	2 - 8 °C	+
Калій Контрольний Набір, 2 рівні	18	2 - 8 °C	+